


Diagrama de conexión

Salida de pulsos con pulsos programados.

La salida de pulsos es mediante 2 optoacopladores NPN colector abierto. Ambos emiten la misma cantidad de pulsos por litro según se haya requerido.



Ejemplo de conexión NPN

